



ALERTA FARMACÉUTICA

Referencia: DICM/CONT/MJA	Nº alerta: R_07/2012	Fecha: 21/03/2012
Producto: Medicamento		
Marca comercial, presentación, nº registro, código nacional, lotes: <ul style="list-style-type: none">• CLORURO DE SODIO 0,9% PHYSAN SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, 30 botellas de 100 ml (botella de PP) (NR: 67698, CN: 603585): lotes 57273 y 57274• CLORURO DE SODIO 0,9% PHYSAN SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, 30 botellas de 50 / 100 ml (botella de PP) (NR: 67698, CN: 603584): lote 57290• GLUCOSA PHYSAN 5% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, 30 botellas de 100 ml (botella de PP) (NR: 67795, CN: 603609): lote 57291		
Fecha de caducidad: Junio de 2014		
Titular de autorización de comercialización: LABORATORIOS PHYSAN, S.A.		
Laboratorio fabricante: SALF Spa Laboratorio Farmacológico (Italia)		
Domicilio social del responsable del producto: Avda. Pablo Sexto, 9, local 11B, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid		
Descripción del defecto: Posible presencia de microporos en el fondo de las botellas de polipropileno		
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación		
Clasificación de los defectos: Clase 2		
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes referenciados y devolución al laboratorio por los cauces habituales		
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada		

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
P.A. LA JEFE DE ÁREA DE ESTUPEFACIENTES Y PSICÓTROPOS

Enriqueta Torres Vinuesa