

### ALERTA FARMACÉUTICA

<b>Nº alerta:</b> R_25/2022	<b>Fecha:</b> 08 de julio de 2022
<b>Producto:</b> Medicamento de uso hospitalario	
<b>Marca comercial, presentación, número de registro y código nacional:</b> POTASIO B.BRAUN 0,04 mEq/ml Prediluido en Fisiológico 9 mg/ml solución para perfusión, 10 frascos de 500 ml (NR: 76103, CN: 703180)	
<b>DCI o DOE:</b> POTASIO CLORURO, SODIO CLORURO	
<b>Lote:</b> 22175452	
<b>Fecha de caducidad:</b> 01/07/2025	
<b>Titular de autorización de comercialización:</b> B. BRAUN MELSUNGEN AG - Carl-Braun Strasse, 1, Melsungen. Hesse, D-34212, Alemania	
<b>Fabricante:</b> B. BRAUN MEDICAL, S.A. - Ctra. de Terrassa, 121., Rubí (Barcelona), 08191, España	
<b>Representante local:</b> B. BRAUN MEDICAL, S.A. - Ctra. Terrassa, 121(Rubí)	
<b>Descripción del defecto:</b> Detección de algunas unidades con un orificio situado en la base de la botella	
<b>Información sobre la distribución:</b> Cadena de distribución y dispensación/hospitales	
<b>Clasificación de los defectos:</b> Clase 1	
<b>Medidas cautelares adoptadas:</b> Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales	
<b>Actuaciones a realizar por las CCAA:</b> Seguimiento de la retirada	

