

La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el mercado español

Fecha de publicación: 26 de junio de 2020

Categoría: productos sanitarios, productos falsificados

Referencia: PS, 23/2020

- **Se han detectado unidades falsificadas del lote 1000603437 del producto “Durex Dame Placer 12 preservativos”.**
- **La AEMPS junto con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña están efectuando la correspondiente investigación.**
- **El distribuidor de preservativos Durex en España ha confirmado la falsificación.**
- **El material de acondicionamiento y el etiquetado del producto falsificado presentan diferencias con respecto al producto original.**



Información para usuarios



Información para distribuidores y establecimientos de venta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicó el pasado 14 de mayo la nota informativa [PS, 17/2020](#) al haberse detectado la venta en un establecimiento en España, de unidades falsificadas del lote 1000221414 del producto “Durex Natural Comfort 12 preservativos”.

Como consecuencia de la investigación que se está llevando a cabo junto con el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, se han detectado unidades falsificadas de otro producto de Durex, en este caso se trata del lote 1000603437 del producto “Durex Dame Placer 12 preservativos”.

Los preservativos “Durex” originales fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido, se encuentran comercializados en el mercado español.

La empresa Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., distribuidor de los productos “Durex” en España ha confirmado la fabricación del lote 1000603437, figurando como fecha de caducidad 2023-09. Sin embargo en el producto falsificado figura como fecha de caducidad 2024-05. Por tanto los productos en los que figure lote 1000603437 y caducidad 2024-05, son falsos.

Asimismo la empresa Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., ha identificado las siguientes diferencias entre el producto original y el falsificado que aparecen tanto en el etiquetado de la caja como en el envase individual del producto:



Producto Original



Producto falsificado



Envase falsificado con diferente color y errores tipográficos



Embalaje primario producto original de color fucsia



Embalaje primario producto falsificado de color lila



Información para distribuidores y establecimientos de venta

- Verifique si dispone de preservativos Durex Dame Placer 12 del lote 1000603437 y fecha de caducidad 2024-05, y en dicho caso, no los distribuya y retírelos de la venta.
- Si dispone de preservativos Durex de otros modelos y lotes que presenten características que le hagan sospechar que se pueda tratar de un producto falsificado, contacte con el distribuidor en España del fabricante Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 934813200.
- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por correo electrónico en la dirección pscontrol@aemps.es, incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.



Información para usuarios

- Si dispone de preservativos Durex Dame Placer 12, del lote 1000603437 y fecha de caducidad 2024-05, no los utilice.
- Si tiene conocimiento de un incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal de notificación NotificaPS:
<https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>



Datos de la empresa

Reckitt Benckiser Healthcare, S.A

Calle Mataró 28,

08403 Granollers, Barcelona

Teléfono 934813200