

<b>URGENTE: ACCIÓN CORRECTIVA VOLUNTARIA DE SEGURIDAD EN CAMPO DE PRODUCTOS SANITARIOS</b>	
<b>Descripción</b>	Acción correctiva voluntaria de seguridad en campo para lotes específicos de lentes de contacto DAILIES TOTAL1® y TOTAL30®
<b>Referencia del producto</b>	DAILIES TOTAL1®, TOTAL30®

16 de agosto de 2024

Estimado/a consumidor:

Alcon ha iniciado una acción correctiva voluntaria en de seguridad en campo de productos sanitarios para lotes específicos de lentes de contacto DAILIES TOTAL1® y TOTAL30®. Hemos detectado una incidencia de calidad aislada en un material suministrado por un proveedor externo que se utilizó en la producción estos lotes específicos de lentes de contacto en una única planta de fabricación. En consecuencia, los lotes de lentes de contacto identificados podrían no cumplir con los estándares Alcon de calidad y/o rendimiento durante toda la vida útil indicada en el etiquetado.

*No es de esperar que las lentes de contacto de los lotes identificados supongan un mayor riesgo para el usuario. Como ocurre con cualquier lente de contacto, existe una remota posibilidad de que el uso de una lente de los lotes identificados provoque problemas temporales como los que se indican en las instrucciones de uso del paciente (irritación, enrojecimiento o visión borrosa), que suelen desaparecer tras la retirada o sustitución de la lente.*

Según nuestros registros, se le han enviado lotes de lentes de contacto afectados. Le pedimos que deje de utilizar el producto y que se ponga en contacto con su profesional de la visión o con el establecimiento donde adquirió las lentes de contacto para obtener más información sobre los pasos a seguir.

## Para más información

<b>Tema</b>	<b>Contacto</b>
Notificar a Alcon sobre un evento adverso o un problema de calidad del producto	– Online: <a href="https://notifeye.alcon.com">https://notifeye.alcon.com</a>
Notificar a la AEMPS sobre cualquier incidente grave (o sospecha de incidente grave)	– Portal: NotificaPS

Atentamente,

*Joan Mestres Teixido*

Joan Mestres  
Técnico Responsable de PS